

Số: 836 /YCBG-BVCKDLTT

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Ngọc Cẩn, nhân viên khoa Cận Lâm Sàng – Dược
Điện thoại: 0259.3823035
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2024 đến trước 14h30 ngày 06 tháng 11 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy ánh sáng	Mô tả cụ thể tại bảng mô tả đính kèm	02	Máy

	chăm sóc da			
2	Đèn mô di động	Mô tả cụ thể tại bảng mô tả đính kèm	01	Bộ

2. Nhà thầu phải vận chuyển hàng đến giao tại kho của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nhận đủ chứng từ thanh toán.
5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm bảng mô tả các thông số, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Web BV;
- Lưu: VT, KCLSD.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Đồng

PHỤ LỤC
BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ Y TẾ
 (Đính kèm Yêu cầu báo giá số 836 /YCBG-BVCKDLTT ngày 28/10/2024
 của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu Tâm thần)

STT	Tên hàng hóa	Thông số, yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1	Máy ánh sáng chăm sóc da	Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 I. Cấu hình cung cấp: ✓ Máy chính ✓ Dây Nguồn ✓ Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt II. Chi tiết kỹ thuật: Đặc điểm: ✓ Năng lượng và mật độ mạnh ✓ Đầu điều trị có độ xoay ≥ 720 độ ✓ Diện tích chiếu xạ lớn hơn, thiết kế vòng cung của đầu đèn phù hợp với đặc điểm khuôn mặt ✓ Điều khiển cực lên xuống dễ vận hành dễ dàng ✓ Một thiết bị có hai đèn khác nhau (đỏ và xanh), các phím của hai đèn có thể dễ dàng chuyển đổi ✓ Không gây tổn thương cho tế bào da, không có tác dụng phụ ✓ Phù hợp với mọi làn da ✓ Ma trận sắp xếp nguồn sáng điều trị da mặt ✓ Ứng dụng điều trị: ○ Loại bỏ: Dị vật, điểm vàng và viêm nang lông ○ Cải thiện: Lỗ chân lông thô, da nhão, nếp nhăn mỏng, nước da xám xịt, v.v. ○ Cải thiện: Cải thiện tình trạng gây tê dây thần kinh mặt, giảm áp lực, cải thiện giấc ngủ. ○ Khử muối: Vết đốm, vết cháy nắng, và sắc tố tuổi tác, v.v. ○ Phục hồi: Bất kỳ vết bỏng, vết thâm hoặc sắc tố nào gây ra bởi năng lượng cao từ điều trị bằng IPL và laser. ○ Điều chế: Tăng không đúng cách, duy trì buồng trứng, nâng ngực. ✓ Thiết lập thời gian điều trị: Thời gian điều trị tăng giảm ✓ Chế độ ánh sáng: Đỏ-xanh ✓ Điều chỉnh cường độ ánh sáng LED: lên xuống ✓ Phím xung: (Hai cấp độ-nhanh chóng hoặc chậm) Thông số kỹ thuật: ✓ Nguồn sáng: Đèn sinh học gen Led ✓ Bộ điều khiển: LCD bấm phím màu ✓ Bước sóng: Đỏ: $\geq 640\text{nm}$, màu xanh: $\geq 470\text{nm}$, màu vàng: $\geq 590\text{nm}$, có thể chọn thêm ✓ Độ sáng Khi bước sóng là $\geq 640\text{nm}$ thì độ sáng $\geq 8000\text{mcd}$ ✓ Khi bước sóng $\geq 470\text{nm}$ thì độ sáng $\geq 4000\text{mcd}$ ✓ Công suất đầu ra: $\geq 120\text{mv/cm}^2$ ✓ Số đèn Led: ≥ 1200

STT	Tên hàng hóa	Thông số, yêu cầu kỹ thuật cơ bản
		✓ Diện tích điểm: $\geq 470 * 300 * 300$ mm ✓ Điện áp: 220V/110V
2	Đèn mô di động	Hàng hóa mới 100%. I. Cấu hình cung cấp: - Thân chính - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm - Hướng dẫn sử dụng II. Chi tiết kỹ thuật: Tính năng: - Chỉ số hoàn màu (CRI) cao giúp làm giảm sự mỏi mắt so với những đèn có độ sáng cao với CRI thấp - Có thể điều chỉnh cả cường độ sáng và nhiệt độ màu - Thiết kế Led kết hợp với thấu kính và gương phản xạ đảm bảo hiệu quả và cường độ sáng cao so với gương phản xạ thông thường - Độ tập trung ánh sáng có thể điều chỉnh từ 18 đến 30cm - Có ≥ 3 mức chọn nhiệt độ màu, ≥ 5 bước điều chỉnh cường độ sáng - Tỏa nhiệt thấp và không tạo ra tia UV - Tay nắm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng, xoay tay nắm để thay đổi kích cỡ tiêu điểm Thông số kỹ thuật: - Số bóng Led (cái): ≥ 18 - Kích thước đầu đèn (cm): $\geq 35 \times 34$ - Độ chiếu sáng trung tâm ở khoảng cách làm việc 1m ✓ Max. (lux): $\geq 100,000$ (@1m) ✓ Min. (lux): ≥ 5000 - Chỉ số hoàn màu: ✓ Ra: ≥ 90 ✓ R9: ≥ 80 - Nhiệt độ màu (K): $\geq 3800/ 4300/ 4800$ - Kích cỡ trường sáng (cm): $\leq 18 \sim \geq 30$ - Công suất tiêu thụ (W): ≤ 25 - Tuổi thọ Led (giờ): $\geq 50,000$ - Trọng lượng đầu đèn (kg): 3.

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

[illegible]

2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong

Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên

đăng truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.